

Технические характеристики на поставку части для рентгеновского оборудования производства DK+ Medical Systems, а также перечень работ по замене частей

Количество поставляемого Товара:

1. Детектор – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N п/п	Технические функциональные характеристики необходимого к поставке товара:	Требования к показателям:
1	Тип детектора	Косвенный
2	Проводной / Беспроводной	Беспроводная связь
3	Размер панели	14 x 17 дюймов
4	Общее количество пикселей	2560 x 3072 мм
5	Формат изображения	16 бит
6	Пространственное разрешение	4,0 л/мм
7	Шаг пикселя	140 микрон
8	Измерение	384 x 460 x 15 мм
9	Масса	2.9 кг
10	Степень защиты от поражения электрическим током	Тип В

После проведения установки Поставщик обязан произвести пуско-наладочные работы. В стоимость работы включены все затраты, связанные с ремонтом оборудования, в том числе запасные части.

Потенциальный поставщик обязан иметь в штате специалиста (инженер) по ремонту и обслуживанию медицинской техники, прошедшие обучение на предприятиях производителях соответствующих видов (наименований) медицинской техники или в организациях и учреждениях, имеющих право осуществлять профессиональную подготовку по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники, а также согласно пункта 4 главы 2 Правил осуществления сервисного обслуживания медицинской изделия в Республике Казахстан, утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-273/2020: «сервисное обслуживание медицинской техники 2а, 2б и 3 классов безопасности должны осуществляться:

- сервисными службами производителя медицинской техники;

- сервисными службами, **ИМЕЮЩИМИ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ НА ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.**

Дополнительные условия:

- Срок поставки: 45 календарных дней, после заявки Заказчика
- Сертификат страны происхождения
- Гарантийный срок: 12 месяца
- Запасная часть должна быть новым, оригинальным, не бывшем в употреблении
- Совместимость с аппаратом: Innovision DXII - DK+ Medical Systems

В соответствии с требованиями приказа Приложение к приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-273/2020 (Глава 2. Порядок проведения сервисного обслуживания медицинской техники) сертификат о наличии действующей системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ ISO 13485 действующую техническую и эксплуатационную документацию изготовителя (производителя).